

EM/MK/PN/SEK/01/2010

**INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ:
SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW
CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW
LABORATORYJNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH
MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH,,**

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie w oparciu o pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) informuje, iż w dniach 2, 10, 11, 12 i 15 lutego 2010r. wpłynęły do Zamawiającego pisma z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytania, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Sukcesywna dostawa testów fotometrycznych, odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i innych materiałów laboratoryjnych”. Zamawiający udzielił stosownych odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pkt 1.1.5. (rozdział III) – Zamawiający oczekuje, aby ofertę złożyć wyłącznie na produkty jednego producenta. W związku z tym, że opisany w specyfikacji asortyment jest tak różnorodny, że nie jest możliwe wycenić go według jednego producenta, czy Zamawiający dopuszcza wycenę asortymentu od różnych producentów ?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż w zdaniu trzecim w pkt. 1.1.5. rozdziału III SIWZ określono: „Wykonawca w każdej pozycji formularza nr 1 (na poszczególny asortyment) może złożyć ofertę tylko i wyłącznie na produkty jednego producenta”. Doprecyzowując powyższy zapis informujemy, iż wspomnianego zapisu nie należy rozumieć jako wymagania zaoferowania produktów jednego, tego samego producenta dla wszystkich pozycji formularza nr 1 w ramach danego zadania. Powyższy zapis według intencji Zamawiającego należy rozumieć jako zakaz zaoferowania w ramach każdej pozycji z osobna produktów kilku producentów.

Pytanie nr 2

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (LP 1-3) – Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cylindrów z korkiem w klasie A ze skalą niebieską ?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania cylindrów z korkiem w klasie A ze skalą niebieską. Cylindry, o których mowa w powyższym pytaniu mają posiadać skalę brązową

Pytanie nr 3

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (LP 22-24) – Czy Zamawiający miał na myśli rozdzielacz z kranem szklanym oraz korkiem teflonowym ? (w rozdzielaczu nie występuje więcej niż 1 korek).

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, iż w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi opisu asortymentu z pozycji 22 -24 zadania nr 3 z formularza nr 1, opisy te ulegają modyfikacji na następujące.

Pozycja nr 22 z zadania nr 3 w formularzu nr 1 otrzymuje brzmienie: „**Rozdzielacze szklane cylindryczne 100 ml z korkiem teflonowym i kranem szklano – teflonowym**”.

Pozycja nr 23 z zadania nr 3 w formularzu nr 1 otrzymuje brzmienie: „**Rozdzielacze szklane cylindryczne 250 ml z korkiem teflonowym i kranem szklano – teflonowym**”.

Pozycja nr 24 z zadania nr 3 w formularzu nr 1 otrzymuje brzmienie: „**Rozdzielacze szklane cylindryczne 1000 ml z korkiem teflonowym i kranem szklano – teflonowym**”.

Pytanie nr 4

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (LP 53 i 55) – w podanym opisie produktu są sprzeczności. Kolba miarowa PMP nie może mieć skali brązowej wtopionej w szkło, ponieważ PMP to tworzywo sztuczne. Proszę o poprawienie opisu

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, iż w związku z wystąpieniem błędu w opisie pozycji 53 i 55 zadania nr 3 w formularzu nr 1, opisy asortymentu dla owych pozycji ulegają modyfikacji. Z pozycji 53 i 55 zadania nr 3 wykreśla się zwrot: „**nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w szkło**”

Pytanie nr 5

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (LP 75) – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kuwet fotometrycznych szklanych, droga optyczna 50 mm, h – 45 mm, bez pokrywki ?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający informuje, iż przytoczona powyżej specyfikacja kuwet fotometrycznych wymaganych w poz. 75 zadania nr 3 w formularzu nr 1 pokrywa się dokładnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w owej pozycji 75 zadania nr 3. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kuwet fotometrycznych szklanych o drodze optycznej 50 mm, h = 45 mm, bez pokrywki

Pytanie nr 6

Dotyczy zadania nr 10 – mikroskop biologiczny odwrócony – Czy Zamawiający dopuszcza obiektyw PL20x w miejsce obiektywu PL25x ? Wykonawca dostarczy dodatkowo okulary 15x co pozwoli uzyskać powiększenie do 300x.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania obiektyw PL20x w miejsce obiektywu PL25x. W związku z powyższym zapis: „obiektywy Plan Achromatyczne korygowane na grubość szkiełka 1,2 mm o powiększeniach PL10x, PL25x, PL 40x” stanowiący część opisu rozwiązań techniczno materiałowych mikroskopu biologicznego odwróconego określonych na str 53 formularza nr 1, ulega modyfikacji na następujący: „**obiektywy Plan Achromatyczne**

korygowane na grubość szkiełka 1,2 mm o powiększeniach PL10x, PL20x lub PL25x, PL 40x”

Pytanie nr 7

Dotyczy zadania nr 10 – mikroskop biologiczny odwrócony – Czy Zamawiający dopuszcza stolik mechaniczny krzyżowy o wymiarach 200 x 260 ?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania stolik mechaniczny krzyżowy o wymiarach 200 x 260 mm. W związku z powyższym zapis: „stolik mechaniczny krzyżowy o wymiarach 200 x 140 mm” stanowiący część opisu rozwiązań techniczno materiałowych mikroskopu biologicznego odwróconego określonego na str. 53 formularza nr 1, ulega modyfikacji na następujący: **„stolik mechaniczny krzyżowy o wymiarach: 140 – 200 mm x 200 - 260 mm”**

Pytanie nr 8

Dotyczy zadania nr 10 – mikroskop biologiczny odwrócony – Czy Zamawiający dopuszcza nasadkę trinokularową, kątową o pochyleniu 45 stopni ?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania nasadki trinokularowej, kątowej o pochyleniu 45 stopni. W związku z powyższym zapis: „nasadka trójokularowa, kątowa (pochylona 30 stopni)” stanowiący część opisu rozwiązań techniczno materiałowych mikroskopu biologicznego odwróconego określonego na str. 53 formularza nr 1, ulega modyfikacji na następujący: **„nasadka trójokularowa, kątowa (pochylona 30 - 45 stopni)”**

Pytanie nr 9

Dotyczy zadania nr 10 – mikroskop biologiczny odwrócony – Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kamery cyfrowej, spełniającej wymagania podane w SIWZ w miejsce

aparatu cyfrowego ? Rozwiązanie to daje lepszą jakość obrazu i zapewnia mniej skomplikowaną obsługę.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania kamerę cyfrową w miejsce aparatu cyfrowego. W związku z powyższym zapis: „zestaw z aparatem cyfrowym wraz z oprogramowaniem do sterowania pracą aparatu z poziomu komputera (oprogramowanie do naukowej analizy obrazu)” stanowiący część opisu rozwiązań techniczno materiałowych mikroskopu biologicznego odwróconego określonego na str. 53 formularza nr 1, ulega zmianie na następujący: **„zestaw z aparatem cyfrowym lub kamerą cyfrową wraz z oprogramowaniem do sterowania pracą aparatu lub kamery z poziomu komputera (oprogramowanie do naukowej analizy obrazu)”**.

Pytanie nr 10

Dotyczy zadania nr 14 – Spektrofotometr VIS – Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr VIS z dokładnością ustawienia długości fali $\pm 1,5$ nm w zakresie od 340 do 900 nm?

Odpowiedź nr 10

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania spektrofotometru VIS z dokładnością ustawienia długości fali $\pm 1,5$ nm w zakresie od 340 do 900 nm. Dokładność ustawienia długości fali zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ma wynosić ± 1 nm, zaś zakres spektralny ma wynosić od 310 - 320 nm do 1100 nm.

Pytanie nr 11

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (Poz. 4) – Czy Zamawiający dopuszcza kolby o średnicy szyjki 34 mm, gdyż kolby bez szlifowania posiadają takie wymiary?

Odpowiedź nr 11

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania kolb (Poz. 4) o średnicy szyjki 34 mm.

Pytanie nr 12

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (Poz. 6) – Czy Zamawiający dopuszcza lejki o wymiarach: fi górne 60 mm fi nóżki 8 mm?

Odpowiedź nr 12

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania lejków (Poz. 6) o wymiarach: fi górne 60 mm

Pytanie nr 13

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (Poz. 8) – Czy Zamawiający dopuszcza lejki o wymiarach: fi górne 90 mm fi nóżki 11 mm?

Odpowiedź nr 13

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania lejków (Poz. 8) o wymiarach: fi nóżki 11 mm.

Pytanie nr 14

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (Poz. 9-13) – Czy Zamawiający dopuszcza pipety bez paska Schellbacha?

Odpowiedź nr 14

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania pipet (Poz. 9-13) bez paska Schellbacha

Pytanie nr 15

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (Poz. 22-24) – Czy Zamawiający dopuszcza rozdzielacze z korkiem PP?

Odpowiedź nr 15

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania rozdzielaczy (Poz. 22-24) z korkiem PP

Pytanie nr 16

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (Poz. 28) – Czy Zamawiający dopuszcza zlewkę niską o poj. 25 ml?

Odpowiedź nr 16

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania w poz. 28 zadania nr 3 zlewki niskiej

Pytanie nr 17

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (Poz. 29 -30) – Czy Zamawiający dopuszcza zlewki ze skalą wytłoczoną?

Odpowiedź nr 17

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania zlewek (Poz. 29-30) ze skalą wytłoczoną

Pytanie nr 18

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (Poz. 59) – Czy Zamawiający dopuszcza kolbę płaskodenną o wymiarach h – 199 mm, fi zew. 140 mm?

Odpowiedź nr 18

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania kolby płaskodennej (Poz. 59) o wymiarach h – 199 mm, fizew. 140 mm?

Pytanie nr 19

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (Poz. 60) – Czy Zamawiający dopuszcza parownicę o poj. 100 ml fi górne 80 mm, h= 46 mm?

Odpowiedź nr 19

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania parownic (Poz. 60) o pojemności 100 ml

Pytanie nr 20

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (Poz. 61) – Czy Zamawiający dopuszcza parownicę o poj. 200 ml?

Odpowiedź nr 20

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania parownic (Poz. 61) o pojemności 200 ml

Pytanie nr 21

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (Poz. 68) – Czy Zamawiający dopuszcza lejki o wymiarach: fi 120 mm, dł. nóżki 120 mm. lub fi 150 mm, dł. nóżki 150 mm?

Odpowiedź nr 21

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania lejków (Poz. 68) o wymiarach: fi 120 mm, dł. nóżki 120 mm. lub fi 150 mm, dł. nóżki 150 mm

Pytanie nr 22

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (Poz. 72) – Czy Zamawiający dopuszcza szalki o ϕ 90 mm i wysokości 8 mm?

Odpowiedź nr 22

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania szalek (Poz. 72) o wysokości 8 mm

Pytanie nr 23

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (Poz. 42) – Czy Zamawiający dopuszcza cylinder o wysokości 160 mm?

Odpowiedź nr 23

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania cylindra (Poz. 42) o wysokości 160 mm

Pytanie nr 24

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (Poz. 43) – Czy Zamawiający dopuszcza cylinder o wysokości 195 mm?

Odpowiedź nr 24

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania cylindra (Poz. 43) o wysokości 195 mm

Pytanie nr 25

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (Poz. 44) – Czy Zamawiający dopuszcza cylinder o wysokości 240 mm?

Odpowiedź nr 25

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania cylindra (Poz. 44) o wysokości 240 mm

Pytanie nr 26

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (Poz. 45) – Czy Zamawiający dopuszcza cylinder o wysokości 320 mm?

Odpowiedź nr 26

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania cylindra (Poz. 45) o wysokości 320 mm

Pytanie nr 27

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (Poz. 46) – Czy Zamawiający dopuszcza cylinder o wysokości 380 mm?

Odpowiedź nr 27

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania cylindra (Poz. 46) o wysokości 380 mm

Pytanie nr 28

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (Poz. 49) – Czy Zamawiający dopuszcza kolbę o wymiarach 85/128 mm?

Odpowiedź nr 28

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania kolby (Poz. 49) o wymiarach 85/128 mm

Pytanie nr 29

Dotyczy zadania nr 8 – drobne sprzęty laboratoryjne (Poz. 1) – Czy Zamawiający miał na myśli zakres pracy łaźni od temperatury 5°C powyżej temperatury otoczenia do 99,9°C?

Odpowiedź nr 29

Zamawiający informuje, iż miał na myśli zakres pracy łaźni od temperatury 5°C powyżej temperatury otoczenia do 99,9°C

Pytanie nr 30

Dotyczy zadania nr 8 – drobne sprzęty laboratoryjne (Poz. 2) – Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie biurety marki BRAND model TITRETTE? Produkcja modelu DIGITAL III została zakończona

Odpowiedź nr 30

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie biurety marki BRAND model TITRETTE zamiast biurety DIGITAL III. W związku z powyższym zapis: „model DIGITAL III” stanowiący część opisu wymaganej biurety w poz. 2 zadania nr 8 na str. 48 formularza nr 1, ulega modyfikacji na następujący: „model DIGITAL III lub TITRETTE”

Pytanie nr 31

Dotyczy postanowień SIWZ – Czy Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO producenta w zakresie dostaw?

Odpowiedź nr 31

Zamawiający informuje, iż w związku wymogiem pkt. 4.3.2. rozdziału III SIWZ Zamawiający nie dopuszcza do złożenia certyfikatu ISO 9001 producenta w zakresie dostaw. Wspomniany certyfikat w kontekście przytoczonego wyżej punktu SIWZ ma dotyczyć zakresu produkcji.

Pytanie nr 32

Dotyczy zadania nr 2 – odczynniki chemiczne (poz. 24) – Czy Zamawiający dopuszcza oranż metylowy w opakowaniach 5 g, gdyż są to najmniejsze oferowane przez producentów opakowania?

Odpowiedź nr 32

Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania opakowania 5 g. W związku z powyższym zapis: „(op 1 g)” stanowiący część opisu wymaganego oranżu metylowego w poz. 24 zadania nr 2 na str. 25 formularza nr 1, ulega modyfikacji na następujący: **„(op. 5g)”**

Pytanie nr 33

Dotyczy zadania nr 2 – odczynniki chemiczne (poz. 56) – Czy Zamawiający dopuszcza eriochromocyjaninę R w opakowaniach 25 g z uwagi na brak w ofertach producentów mniejszych opakowań?

Odpowiedź nr 33

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie opakowania 25 g. W związku z powyższym zapis: „(op 10 g)” stanowiący część opisu wymaganej erichromacyjaniny R w poz. 56 zadania nr 2 na str. 27 formularza nr 1, ulega modyfikacji na następujący: **„(op. 25g)”**

Pytanie nr 34

Dotyczy zadania nr 2 – odczynniki chemiczne (poz. 15) – Czy Zamawiający dopuszcza kwas azotowy o stężeniu 65% z uwagi na to, że w specyfikacji nie podano stężenia?

Odpowiedź nr 34

Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania kwas azotowy o stężeniu 65%. W związku z powyższym zapis: „Kwas azotowy cz.d.a.” stanowiący część opisu wymaganego kwasu w poz. 15 zadania nr 2 na str. 25 formularza nr 1, ulega modyfikacji na następujący: **„Kwas azotowy 65% cz.d.a.”**

Pytanie nr 35

Dotyczy zadania nr 2 – odczynniki chemiczne (poz. 17) – Czy Zamawiający dopuszcza kwas siarkowy o stężeniu 95% z uwagi na to, że w specyfikacji nie podano stężenia?

Odpowiedź nr 35

Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania kwas siarkowy o stężeniu 95%. W związku z powyższym zapis: „Kwas siarkowy cz.d.a.” stanowiący część opisu wymaganego kwasu w poz. 17 zadania nr 2 na str. 25 formularza nr 1, ulega modyfikacji na następujący: **„Kwas siarkowy 95% cz.d.a.”**

Pytanie nr 36

Dotyczy zadania nr 2 – odczynniki chemiczne (poz. 18) – Czy Zamawiający dopuszcza kwas solny o stężeniu 35 - 38% z uwagi na to, że w specyfikacji nie podano stężenia?

Odpowiedź nr 36

Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania kwas solny o stężeniu 35-38%. W związku z powyższym zapis: „Kwas solny cz.d.a.” stanowiący część opisu wymaganego kwasu w poz. 18 zadania nr 2 na str. 25 formularza nr 1, ulega modyfikacji na następujący: **„Kwas solny 35-38% cz.d.a.”**

Pytanie nr 37

Dotyczy zadania nr 2 – odczynniki chemiczne (poz. 69) – Czy Zamawiający dopuszcza disodu wodorofosforan 2 wodny lub 12 wodny?

Odpowiedź nr 37

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania disodu wodorofosforanu 2 wodnego lub 12 wodnego. Produkt ma być 7 wodny zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 38

Dotyczy zadania nr 2 – odczynniki chemiczne (poz. 8) – Czy Zamawiający dopuszcza celulozę mikrokrystaliczną w opakowaniach 500g, gdyż w takich opakowaniach oferowana jest przez producentów?

Odpowiedź nr 38

Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania opakowania 500g. W związku z powyższym zapis: „(op 50 g)” stanowiący część opisu wymaganej celulozy w poz. 8 zadania nr 2 na str. 24 formularza nr 1, ulega modyfikacji na następujący: **„(op. 500g)”**

Pytanie nr 39

Dotyczy zadania nr 2 – odczynniki chemiczne (poz. 41 i 52) – Proszę o podanie numeru CAS odczynników

Odpowiedź nr 39

Zamawiający informuje, iż opis odczynników z poz. 41 i 52 jest wystarczający i nie wymaga podania numerów CAS.

Pytanie nr 40

Dotyczy zadania nr 2 – odczynniki chemiczne (poz. 9) – Eteru o jakiej temp. wrzenia oczekuje zamawiający? 40-60°C czy 60-90°C?

Odpowiedź nr 40

Zamawiający informuje, iż temperatura wrzenia eteru naftowego ma wynosić 40-60°C. W związku z powyższym zapis: „Eter naftowy cz.d.a.” stanowiący część opisu wymaganego eteru w poz. 9 zadania nr 2 na str. 24 formularza nr 1, ulega modyfikacji na następujący: **„Eter naftowy o temp. wrzenia 40-60°C cz.d.a.”**

Pytanie nr 41

Dotyczy zadania nr 8 – drobny sprzęt laboratoryjny (poz. 2) – Proszę o sprecyzowanie pojemności butelki podanej w opisie biurety.

Odpowiedź nr 41

Zamawiający informuje, iż pojemność butli do biurety ma wynosić 1000 ml. W związku z powyższym zapis: „butelka z ciemnego szkła z gwintem GL45 w zestawie” stanowiący część opisu wymaganej biurety w poz. 2 zadania nr 8 na str. 48 formularza nr 1, ulega modyfikacji na następujący: **„butelka 1000 ml z ciemnego szkła z gwintem GL45 w zestawie”**

Pytanie nr 42

Dotyczy zadania nr 8 – drobny sprzęt laboratoryjny (poz. 8) – Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie mieszadła bez białej powłoki pokrywającej stalową płytę grzejącą z IP42? Produkcja modelu z białą powłoką ochronną zastała zakończona.

Odpowiedź nr 42

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania mieszadła bez białej powłoki pokrywającej płytę grzejącą.

Pytanie nr 43

Dotyczy zadania nr 8 – drobny sprzęt laboratoryjny (poz. 9) – Czy zapis wartości zakresu kompensacji w opisie urządzenia od - 5°C do 120°C jest zamierzony? Producent podaje zakres do 110°C.

Odpowiedź nr 43

Zamawiający informuje, iż zakres kompensacji wymagany przez Zamawiającego został podany błędnie. W związku z powyższym zapis: „zakres kompensacji - 5°C do 120°C”

stanowiący część opisu wymaganego ph - metru w poz. 9 zadania nr 8 na str. 49 formularza nr 1, ulega modyfikacji na następujący: „zakres kompensacji: od - 5°C do 110°C”.

Pytanie nr 44

Dotyczy zadania nr 9 – wyparka próżniowa – Czy Zamawiający zaakceptuje wyparkę o obrotach jednostronnych?

Odpowiedź nr 44

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania wyparki o obrotach jednostronnych. Zamawiający wymaga wyparki o obrotach dwustronnych

Pytanie nr 45

Dotyczy zadania nr 9 – wyparka próżniowa – Czy Zamawiający wymaga, aby łaźnia przesuwna była po szynach w celu bezpieczniejszego jej użytkowania?

Odpowiedź nr 45

Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymaganiami SIWZ łaźnia ma być przesuwna. Zamawiający nie sprecyzował metody przesuwu, gdyż jest to dla niego parametr nieistotny.

Pytanie nr 46

Dotyczy zadania nr 9 – wyparka próżniowa – Czy Zamawiający wymaga podwójnego zabezpieczenia łaźni przed przegrzaniem w postaci systemów:

- samoustawialnego wyłączającego grzałki w przypadku przekroczenia o 5°C ustawionej temperatury pracy
- wyłączającego grzałki powyżej temp. 250°C?

Odpowiedź nr 46

Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymaganiami dla wyparki próżniowej, określonymi w SIWZ, nie wymaga zabezpieczeń w postaci systemów wymienionych w przytoczonym pytaniu..

Pytanie nr 47

Dotyczy zadania nr 9 – wyparka próżniowa – Czy Zamawiający wymaga by wyparka posiadała także wyświetlacz cyfrowy temperatury oparów?

Odpowiedź nr 47

Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymaganiami wyparki próżniowej, określonymi w SIWZ, nie wymaga wyświetlacza cyfrowego temperatury oparów.

Pytanie nr 48

Dotyczy zadania nr 9 – wyparka próżniowa – Czy Zamawiający zaakceptuje jako źródło obrotów silnik prądu stałego?

Odpowiedź nr 48

Zamawiający informuje, iż nie akceptuje jako źródła obrotów silnik prądu stałego. Silnik zgodnie z wymaganiami SIWZ ma być na prąd zmienny.

Pytanie nr 49

Dotyczy zadania nr 2 – odczynniki chemiczne (poz. 9) – Proszę o podanie zakresu temperatury wrzenia eteru naftowego

Odpowiedź nr 49

Zamawiający informuje, iż temperatura wrzenia eteru naftowego ma wynosić 40-60°C. (patrz – odpowiedź na pytanie nr 40)

Pytanie nr 49

Dotyczy zadania nr 2 – odczynniki chemiczne (poz. 1, 2, 15, 17 i 18) – Proszę o podanie stężenia odczynników.

Odpowiedź nr 49

Zamawiający informuje, iż stężenie alkoholu etylowego ma wynosić 96%, stężenie amoniaku ma wynosić 25%, stężenie kwasu azotowego ma wynosić 65%, stężenie kwasu siarkowego ma wynosić 95%, stężenie kwasu solnego ma wynosić 35 – 38%. (patrz – odpowiedź na pytanie nr 34 - 36). Ponadto w związku z powyższym zapis: „Alkohol etylowy cz.d.a.” stanowiący część opisu wymaganego alkoholu w poz. 1 zadania nr 2 na str. 24 formularza nr 1, ulega modyfikacji na następujący: **„Alkohol etylowy 96% cz.d.a.”**. Zmianie ulega także zapis: „Amoniak cz.d.a.” stanowiący część opisu wymaganego amoniaku w poz. 2 zadania nr 2 na str. 24 formularza nr 1, który ulega modyfikacji na następujący: **„Amoniak 25% cz.d.a.”**

Pytanie nr 50

Dotyczy zadania nr 2 – odczynniki chemiczne (poz. 24) – Czy Zamawiający zaakceptuje opakowanie o wielkości 5 g?

Odpowiedź nr 50

Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania opakowanie o wielkości 5g. (patrz – odpowiedź na pytanie nr 32)

Pytanie nr 51

Dotyczy zadania nr 2 – odczynniki chemiczne (poz. 26) – Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli miedzi siarczan uwodniony czy bezwodny?

Odpowiedź nr 51

Zamawiający informuje, iż miał na myśli Miedzi (II) siarczan 5 – Hydrat. W związku z powyższym zapis: „Miedzi siarczan cz.d.a.” stanowiący część opisu wymaganego odczynnika w poz. 26 zadania nr 2 na str. 25 formularza nr 1, ulega modyfikacji na następujący: **„Miedzi (II) siarczan 5 - Hydrat cz.d.a.”**.

Pytanie nr 52

Dotyczy zadania nr 2 – odczynniki chemiczne (poz. 74) – Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli rtęci (I) jodek, rtęci (II) jodek czy rtęci (II) jodek czerwony?

Odpowiedź nr 52

Zamawiający informuje, iż miał na myśli Rtęci (II) jodek czerwony. W związku z powyższym zapis: „Rtęci jodek cz.d.a.” stanowiący część opisu wymaganego odczynnika w poz. 74 zadania nr 2 na str. 28 formularza nr 1, ulega modyfikacji na następujący: **„Rtęci (II) jodek czerwony cz.d.a.”**.

Pytanie nr 53

Dotyczy zadania nr 6 – materiały filtracyjne (poz. 1) – Proszę o wyjaśnienie jaką bibułę Zamawiający ma na myśli: średnią, miękką czy twardą? Proszę o podanie parametrów bibuły

Odpowiedź nr 53

Zamawiający informuje, iż miał na myśli bibułę średnią o grubości 0,20 mm. W związku z powyższym zapis: „Bibuła filtracyjna jakościowa 450x450” stanowiący część opisu wymaganej bibuły w poz. 1 zadania nr 6 na str. 43 formularza nr 1, ulega modyfikacji na następujący: **„Bibuła filtracyjna jakościowa średnia 450x450 o grubości 0,20 mm”**.

Pytanie nr 54

Dotyczy wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w treści umowy stanowiącej załącznik nr 1 w przedmiotowej SIWZ. W § 4 ust. 2 proponujemy terminy dostaw: dla zadania nr 3 21 dni roboczych oraz dla zadania nr 1, 2, 4-7 15 dni roboczych licząc od daty potwierdzenia przez Wykonawcę złożonego zamówienia.

Odpowiedź nr 54

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgodny na wprowadzenie w § 4 ust. 2 zmian do umowy

Pytanie nr 55

Dotyczy wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w treści umowy stanowiącej załącznik nr 1 w przedmiotowej SIWZ. W § 4 ust. 5 proponujemy zapis: Odbiór danego zamówienia nastąpi po spisaniu protokołu odbioru lub podpisaniu protokołu przez upoważnionych przedstawicieli stron (jako protokół odbioru strony będą traktowały także: fakturę VAT), nie później niż w terminie 7 dni od wydania towaru na podstawie dokumentu WZ. (zgodnie z par. 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 2008. Nr 212. poz. 1337) fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od wydania towaru lub wykonania usługi (z wyjątkiem par. 10-12). Z tą chwilą przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z materiałami laboratoryjnymi objętym zamówieniem oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

Odpowiedź nr 55

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgodny na wprowadzenie w § 4 ust. 5 zmian do umowy.

Pytanie nr 56

Dotyczy wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w treści umowy stanowiącej załącznik nr 1 w przedmiotowej SIWZ. W § 5 proponujemy dopisać ust. 4 o treści: Wykonawcy od faktur niezapłaconych w terminie określonym w § 5 ust. 1 przysługują odsetki ustawowe. Do czasu uregulowania należności Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację zamówień.

Odpowiedź nr 56

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgodny na wprowadzenie w § 5 zmian do umowy

Pytanie nr 57

Dotyczy wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w treści umowy stanowiącej załącznik nr 1 w przedmiotowej SIWZ. W § 7 ust. 1 proponujemy zapis: W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 2 lub terminu wymiany materiałów laboratoryjnych, o których mowa w § 6 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanego zamówienia, ale nie więcej niż 10% wartości tego zamówienia.

Odpowiedź nr 57

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgodny na wprowadzenie w § 7 ust. 1 zmian do umowy.

Pytanie nr 58

Dotyczy wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w treści umowy stanowiącej załącznik nr 1 w przedmiotowej SIWZ. Treść zapisu w § 8 i w § 9 proponujemy wykreślić w całości.

Odpowiedź nr 58

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgodny na wprowadzenie zmian do umowy poprzez wykreślenie § 8 i § 9.

Pytanie nr 59

Dotyczy zadania nr 2 – odczynniki chemiczne (poz. 21) – Prosimy o odpowiedź czy sześciochloroplatynian potasu możemy zaoferować w gatunku czystym produkcji POCH

Odpowiedź nr 59

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgodny na zaoferowanie sześciochloroplatynianu potasu w gatunku czystym. Odczynnik ma być w gatunku cz.d.a.

Pytanie nr 60

Dotyczy zadania nr 2 – odczynniki chemiczne (poz. 72) – Marmur nie jest obecnie oferowany przez dotychczasowego dostawcę (firmę MERCK nr kat. 1005977). Prosimy o wykreślenie tej pozycji ze specyfikacji

Odpowiedź nr 60

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgodny na wykreślenie z SIWZ poz. 72 z zadania nr 2 – Marmur. Według informacji posiadanych przez Zamawiającego produkt jest dostępny na rynku.

Pytanie nr 61

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (poz. 4 i 5) – Czy zamawiający życzy sobie kolbę Erlenmayera bez szlifu, czy też ze szlifem 29/32?

Odpowiedź nr 61

Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymaganiami SIWZ kolby z poz.4 zadania nr 3 mają być bez szlif, a średnica wąskiej szyjki ma wynosić 29/32, kolby zaś z poz. 5 mają posiadać szlif 29/32.

Pytanie nr 62

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (poz. 8) – Czy zamawiający dopuszcza by lejki szklane miały fi 100 mm zamiast fi 90 mm i fi nóżki 10 mm zamiast 9 mm?

Odpowiedź nr 62

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania lejków (Poz. 8) o wymiarach fi 100 mm i: fi nóżki 10 mm.

Pytanie nr 63

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (poz. 9 i 13) – Czy zamawiający dopuszcza pipety wielomiarowe ze szkła z niebieską skalą i paskiem Schellbacha (nie ma pipet z brązową skalą i paskiem Schellbacha)

Odpowiedź nr 63

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania pipet (Poz. 9-13) z niebieską skalą. Według informacji posiadanych przez Zamawiającego na rynku są dostępne pipety z brązową skalą i paskiem Schellbacha.

Pytanie nr 64

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (poz. 46) – Czy zamawiający dopuszcza cylindry miarowe o wysokości 365 mm zamiast 390 mm?

Odpowiedź nr 64

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania cylindrów (Poz. 46) o wysokości 365 mm.

Pytanie nr 65

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (poz. 53) – Czy zamawiający dopuści szlif 10/19 zamiast 14/23?

Odpowiedź nr 65

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania szlifu (Poz. 53) 10/19.

Pytanie nr 66

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (poz. 55) – Czy zamawiający dopuści szlif 10/19 zamiast 19/26?

Odpowiedź nr 66

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania szlifu (Poz. 55) 10/19.

Pytanie nr 67

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (poz. 57) – Czy zamawiający dopuści szlif 10/19 zamiast 14/23?

Odpowiedź nr 67

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania szlifu (Poz. 57) 10/19.

Pytanie nr 68

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (poz. 60) – Czy zamawiający dopuści parownicę ze szkła kwarcowego z płaskim dnem i wylewem, odporną na wysoką temperaturę o wymiarach: pojemność 100 ml, fi 80mm, h = 46 mm?

Odpowiedź nr 68

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania parownicy (Poz. 60) o pojemności 100 ml i h=46 mm

Pytanie nr 69

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (poz. 61) – Czy zamawiający dopuści parownicę ze szkła kwarcowego z płaskim dnem i wylewem, odporną na wysoką temperaturę o wymiarach: pojemność 150 ml, fi 90 mm, h = 52 mm?

Odpowiedź nr 69

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania parownicy (Poz. 61) o wymiarach: pojemność 150 ml, fi 90 mm, h = 52 mm

Pytanie nr 70

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (poz. 63) – Czy zamawiający dopuści biuretę z podziałką co 0,05 ml zamiast 0,1 ml?

Odpowiedź nr 70

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania biurety (Poz. 63) z podziałką co 0,05 ml.

Pytanie nr 71

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (poz. 65) – Czy zamawiający dopuszcza biuretę Pelleta bez paska Schellbacha klasy B lub biuretę Pelleta klasy AS z paskiem Schellbacha?

Odpowiedź nr 71

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania biurety Pelleta (Poz. 65) bez paska Schellbacha klasy B, ani biurety Pelleta klasy AS z paskiem Schellbacha

Pytanie nr 72

Dotyczy zadania nr 3 – szkło laboratoryjne (poz. 68) – Czy zamawiający dopuszcza lejki szklane o śr. 125 mm (zamiast 130) i długości nóżki 125 mm (zamiast 130 mm)?

Odpowiedź nr 72

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania lejków (Poz. 68) o śr. 125 mm (zamiast 130) i długości nóżki 125 mm (zamiast 130 mm).

Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Prosimy o uwzględnienie przedstawionych zmian w sporządzanych ofertach. Zmiany te są wiążące dla wszystkich stron postępowania

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Zamawiającego dostępny jest zmodyfikowany formularz nr 1 (załącznik do SIWZ) zawierający wszystkie zmiany wprowadzone przez Zamawiającego.

Osoba upoważniona do kontaktu: p. Marek Kowalski – tel. 091 489 88 13.

Z poważaniem