

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”

będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

.....
składamy niniejszą ofertę:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

l.p.	Część I - przedmiot zamówienia w podziale na części	j.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto
1.	Test fotometryczny NANOCOLOR CHZT 2 - 40 (op. 20 oznaczeń) Producent: MACHEREY NAGEL (nr 985027)	op.	5				
2.	Test fotometryczny NANOCOLOR CHZT 15 - 160 (op. 20 oznaczeń) Producent: MACHEREY NAGEL (nr 985026)	op.	40				
3.	Test fotometryczny NANOCOLOR CHZT 100 - 1500 (op. 20 oznaczeń) Producent: MACHEREY NAGEL (nr 985029)	op.	110				
4.	Test fotometryczny NANOCOLOR Pog 0,01 - 1,5 (op. 19 oznaczeń) Producent: MACHEREY NAGEL (nr 985076)	op.	35				
5.	Test fotometryczny NANOCOLOR Pog 0,3 - 15 (op. 19 oznaczeń) Producent: MACHEREY NAGEL (nr 985080)	op.	130				
6.	Test fotometryczny NANOCOLOR Pog 10 - 50 (op. 19 oznaczeń) Producent: MACHEREY NAGEL (nr 985079)	op.	20				

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

7.	Test fotometryczny NANOCOLOR Mn 0,01 - 10 (zestaw) Producent: MACHEREY NAGEL (nr 91860)	op.	30				
8.	Test fotometryczny NANOCOLOR SO4 200 (op. 20 oznaczeń) Producent: MACHEREY NAGEL (nr 985086)	op.	120				
WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO							

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1 za maksymalną cenę brutto:.....PLN
słownie:
w tym: netto PLN + ...% stawki VAT (tj.....zł) =.....PLN brutto

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”

będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

.....
składamy niniejszą ofertę:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

l.p.	Część II - przedmiot zamówienia w podziale na części	j.m	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto
1	Alkohol etylowy 96% cz.d.a. (op. 0,5 l) Producent:.....	op.	26				
2	Amoniak 25% cz.d.a. (op. 1 l) Producent:.....	op.	13				
3	Amonu chlorek cz.d.a. (op. 1 kg) Producent:.....	op.	4				
4	Amonu nadsiarczan cz.d.a. (op. 1 kg) Producent:.....	op.	2				
5	Amonu molibdenian (VI) uwodniony cz.d.a. (op. 250g) Producent:.....	op.	2				
6	Di-Amonu wodorofosforan cz.d.a. (op. 500 g) Producent:.....	op.	3				
7	Chloroform cz.d.a. (op. 1 l) Producent:.....	op.	70				
8	Celuloza mikrokrystaliczna (C5H10O5)n do chromatografii cienkowarstwowej lub równoważna (op. 500g) Producent:.....	op.	1				
9	Eter naftowy o temp. wrzenia 40-60°C cz.d.a. (op. 1 l) Producent:.....	op.	220				

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

10	1,10 fenantrolina cz.d.a. (op. 50 g) Producent:.....	op.	3				
11	Fenoloftaleina wsk. cz.d.a. (op. 10 g) Producent:.....	op.	2				
12	Glinu chlorek 6- Hydrat cz.d.a. (op. 500 g) Producent:.....	op.	5				
13	Amonu żelaza (II) siarczan 6-Hydrat cz.d.a. (op. 1 kg) Producent	op.	1				
14	Hydroksyloaminy chlorowodorek cz.d.a. (op. 1 kg) Producent:.....	op.	3				
15	Kwas azotowy 65% cz.d.a. (op. 1 l) Producent:	op.	11				
16	Fenol cz.d.a. (op. 1 kg) Producent:.....	op.	1				
17	Kwas siarkowy 95% cz.d.a. (op. 1 l) Producent:	op.	270				
18	Kwas solny 35 - 38% cz.d.a. (op. 1 l) Producent:	op.	36				
19	Di-potasu wodorofosforan cz.d.a. (op. 1 kg) Producent:.....	op.	1				
20	Kwas szczawiowy 2 - Hydrat cz.d.a. (op. 1 kg) Producent:.....	op.	1				
21	Sześciochloroplatynian potasu cz.d.a. (op. 10 g) Producent:.....	op.	1				
22	Kalces sól sodowa cz.d.a. (op. 10 g) Producent:.....	op.	1				
23	Kwas orto - fosforowy cz.d.a. 85 % (op. 1 l) Producent:.....	op.	7				
24	Oranż metylowy wsk. cz.d.a. (op. 5 g) Producent:.....	op.	2				
25	Kwas borowy cz.d.a. (op. 1 kg) Producent:.....	op.	8				
26	Miedź (II) i siarczan 5 Hydrat cz.d.a. (op. 1 kg) Producent:.....	op.	1				
27	Potasu di - wodorofosforan cz.d.a. (op. 1 kg) Producent:.....	op.	2				

.....
miejsce i data

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

28	Potasu siarczan cz.d.a. (op. 1 kg) Producent:.....	op.	10				
29	Potasowo-sodowy winian cz.d.a. (op. 1 kg) Producent:.....	op.	12				
30	Potasu żelazicyjanek cz.d.a. (op. 250 g) Producent:.....	op.	2				
31	Potasu chromian cz.d.a. (op. 500 g) Producent:.....	op.	1				
32	Sodu chlorek cz.d.a. (op. 1 kg) Producent:.....	op.	42				
33	Sodu wodorotlenek cz.d.a. (op. 1 kg) Producent:.....	op.	60				
34	Sodu siarczan bezwodny cz.d.a. (op. 1 kg) Producent:.....	op.	10				
35	Srebra siarczan cz.d.a. (op. 1 kg) Producent:.....	op.	2				
36	Sodu siarczek 9 Hydr. cz.d.a. (op. 100 g) Producent:.....	op.	5				
37	Sodu octan bezwodny cz.d.a. (op. 1 kg) Producent:.....	op.	4				
38	Salicylan sodu cz.d.a. (op. 250 g) Producent:.....	op.	20				
39	Żelaza (III) chlorek 6 Hydr. cz.d.a. (op. 1 kg) Producent:.....	op.	3				
40	4-aminobenzenosulfonamid cz.d.a. (op. 100 g) Producent:.....	op.	4				
41	Di-hydrochlorek N-(1-naftylo)-1,2 –diaminoetan cz.d.a. (op. 10 g) Producent:.....	op.	3				
42	Tlenek magnezu cz.d.a. (op. 500 g) Producent:.....	op.	1				
43	Mieszanina selenowa do oznaczania azotu cz.d.a. (op. 1 kg) Producent:.....	op.	3				
44	Potasu jodek cz.d.a. (op. 100 g) Producent:	op.	1				
45	Di - sodu tetraboran 10 Hydrat cz.d.a. (op. 500g) Producent:.....	op.	1				

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

46.	Potasu nadmanganian cz.d.a. (op. 100 g) Producent:.....	op.	1				
47.	Czerwień metylowa sól sodowa rozpuszczalna w wodzie cz.d.a. (op. 10 g) Producent:	op.	1				
48.	Czerwień metylowa wsk. cz.d.a. (op. 5 g) Producent:.....	op.	1				
49.	Kwas octowy lodowaty cz.d.a. (op. 1 l) Producent:.....	op.	18				
50.	Rtęci siarczan cz.d.a. (op. 250g) Producent:.....	op.	4				
51.	Trietanolamina cz.d.a. (op. 100 ml) Producent:	op.	7				
52.	Pentanocyjanonitrożelazian (III) sodu cz.d.a (op. 10 g) Producent:.....	op.	1				
53.	2 Hydrat Cytrynian Trisodu cz.d.a. (op. 1 kg) Producent:.....	op.	2				
54.	Żelaza (II) siarczan – 7 H ₂ O cz.d.a. (op. 100g) Producent:.....	op.	1				
55.	4-aminoantypiryna cz.d.a. (op. 50g) Producent:.....	op.	2				
56.	Eriochromocyjanina R cz.d.a. (op. 25g) Producent:.....	op.	1				
57.	Rezorcyna cz.d.a. (op. 100 g) Producent:.....	op.	1				
58.	Mocznik cz.d.a. (op. 100g) Producent:.....	op.	5				
59.	Potasu chlorek cz.d.a. (op. 100g) Producent:.....	op.	2				
60.	Kobaltu (II) siarczan 7-Hydrat cz.d.a. (op. 100g) Producent	op.	1				
61.	L-Tryptofan cz.d.a. (op. 50 g) Producent:.....	op.	1				
62.	Potasu wodoroftalan cz.d.a. (op. 100g) Producent:.....	op.	1				
63.	Sól sodowa kwasu dodecylo-1-siarkowego cz.d.a.C ₁₂ H ₂₅ NaO ₄ S (op. 100g) Producent:.....	op.	1				

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

64.	Błękit metylenowy cz.d.a. (op. 100g) Producent:	op.	1				
65.	D-glukoza bezw. cz.d.a. (op. 100g) Producent:	op.	10				
66.	Kwas L-glutaminowy cz.d.a. (op. 100g) Producent:	op.	10				
67.	Siarczan (VI) magnezu 7 hydrat cz.d.a. (op. 1000 g) Producent:	op.	1				
68.	Wodoroortofosforan (V) dwupotasu cz.d.a. (op. 1000g) Producent:	op.	1				
69.	7-hydrat wodorootofosforan (V) dwusodu cz.d.a. (op. 1000 g) Producent:	op.	1				
70.	Roztwór buforowy techn. pH 7,00 ± 0.05 (op. 1l) Producent:	op.	6				
71.	O-tolidyna cz.d.a. (op. 100g) Producent:	op.	1				
72.	Marmur cz.d.a. (op. 1 kg) Producent:	op.	1				
73.	Srebra azotan cz.d.a. (op. 25g) Producent:	op.	1				
74.	Rtęci (II) jodek czerwony cz.d.a. (op. 100g) Producent:	op.	12				
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO							

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 za maksymalną cenę brutto:.....PLN

słownie:

w tym: netto PLN + ...% stawki VAT (tj.....zł) =.....PLN brutto

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”

będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

.....

składamy niniejszą ofertę:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

l.p.	Część III - przedmiot zamówienia w podziale na części	j.m	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Cylindry miarowe z korkiem szklanym kl A, stopka sześciokątna, 10 ml, ze skalą brązową nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w szkło z certyfikatem serii Producent:.....	szt.	20				
2	Cylinder miarowy z korkiem szklanym kl A, stopka sześciokątna 25 ml, ze skalą brązową nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w szkło z certyfikatem serii Producent:.....	szt.	10				
3	Cylinder miarowy z korkiem szklanym kl A, stopka sześciokątna , 50 ml, ze skalą brązową nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w szkło z certyfikatem serii Producent:.....	szt.	10				
4	Kolby Erlenmayera w/sz 29/32, bez szlif, poj. 250 ml Producent:.....	szt.	50				
5	Kolby Erlenmayera w/sz 29/32 szlif, poj. 300 ml Producent:	szt.	40				

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

6	Lejki szklane fi górne 55 mm, fi nóżki 8 mm, o kącie stożka 60° Producent:	szt.	30				
7	Lejki szklane fi górne 40 mm, fi nóżki 5 mm, dł nóżki 28 mm, o kącie stożka 60° Producent:	szt.	5				
8	Lejki szklane fi górne 90 mm, fi nóżki 9 mm, do szybkiej filtracji Producent:	szt.	20				
9	Pipety wielomiarowe ze szkła ze skalą brązową nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w szkło z paskiem Schellbacha 1 ml kl A z certyfikatem serii Producent:	szt.	40				
10	Pipety wielomiarowe ze szkła ze skalą brązową nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w szkło z paskiem Schellbacha 2 ml kl A z certyfikatem serii Producent:	szt.	35				
11	Pipety wielomiarowe ze szkła ze skalą brązową nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w szkło z paskiem Schellbacha 5 ml kl A z certyfikatem serii Producent:	szt.	40				
12	Pipety wielomiarowe ze szkła ze skalą brązową nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w szkło z paskiem Schellbacha 10 ml kl A, na wypływ całkowity do 9 ml z certyfikatem serii Producent:	szt.	50				
13	Pipety wielomiarowe ze szkła ze skalą brązową nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w szkło z paskiem Schellbacha 25 ml kl A z certyfikatem serii Producent:	szt.	35				
14	Pipety jednomiarowe 1 ml z jedną kreską i paskiem barwnym kl A z certyfikatem serii Producent:	szt.	5				
15	Pipety jednomiarowe 2 ml z jedną kreską i paskiem barwnym kl A z certyfikatem serii Producent:	szt.	5				

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

16	Pipety jednomiarowe 5 ml z jedną kreską i paskiem barwnym kl A z certyfikatem serii Producent:	szt.	20				
17	Pipety jednomiarowe 10 ml z jedną kreską i paskiem barwnym kl A z certyfikatem serii Producent:	szt.	20				
18	Pipety jednomiarowe 20 ml z jedną kreską i paskiem barwnym kl A z certyfikatem serii Producent:	szt.	15				
19	Pipety jednomiarowe 25 ml z jedną kreską i paskiem barwnym kl A z certyfikatem serii Producent:	szt.	15				
20	Pipety jednomiarowe 50 ml z jedną kreską i paskiem barwnym kl A z certyfikatem serii Producent:	szt.	20				
21	Pipety jednomiarowe 100 ml z jedną kreską i paskiem barwnym kl A z certyfikatem serii Producent:	szt.	15				
22	Rozdzielacze szklane cylindryczne 100ml z kranem teflonowym i kranem szklano - teflonowym, Producent:	szt.	30				
23	Rozdzielacze szklane cylindryczne 250ml z kranem teflonowym i kranem szklano - teflonowym, Producent:	szt.	10				
24	Rozdzielacze szklane cylindryczne 1000ml z kranem teflonowym i kranem szklano - teflonowym, Producent:	szt.	20				
25	Zlewki niskie, szkło borokrzemowe, 250 ml z wylewem i podziałką Producent:	szt.	5				
26	Zlewki niskie, szkło borokrzemowe, 400 ml z wylewem i podziałką Producent:	szt.	3				
27	Zlewki niskie, szkło borokrzemowe, 1000 ml z wylewem i podziałką Producent:	szt.	5				
28	Zlewki wysokie, szkło borokrzemowe, 25 ml z wylewem i podziałką Producent:	szt.	10				
29	Zlewka miarowa z tworzywa PP półprzezro, z uchem, skala nieb. 250 ml Producent:	szt.	1				

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

30	Zlewka miarowa z tworzywa PP półprzezro, z uchem, skala nieb. 1000 ml Producent:	szt.	1				
31	Bagietka szklana fi 5 mm, dł 30 cm Producent:	szt.	5				
32	Bagietka szklana fi 6 - 8 mm, dł 30 cm Producent:	szt.	10				
33	Butelki 250 ml z wąską szyjką ze szkła oranżowego z korkiem szklanym Producent:	szt.	10				
34	Butelki 500 ml z wąską szyjką ze szkła oranżowego z korkiem szklanym Producent:	szt.	20				
35	Butelki szklane przezroczyste w/sz z korkiem szlif. poj. 50 ml Producent:	szt.	20				
36	Butelki szklane przezroczyste w/sz z korkiem szlif. poj. 250 ml Producent:	szt.	30				
37	Cylindry Nesslera 50 ml, niskie bez wylewu h = 180 mm, fi 25 mm, szkło Producent:	szt.	100				
38	Cylinder Nesslera 50 ml, niski z wylewem h = 180 mm, fi 25 mm, szkło Producent:	szt.	100				
39	Cylinder Nesslera 50 ml, niski z wylewem h = 205 mm, fi 24 mm, szkło Producent:	szt.	150				
40	Cylindry Nesslera poj. 100 ml wysokie, bez wylewu h = 310 mm, szkło, fi 24 mm Producent:	szt.	30				
41	Cylindry miarowe poj. 50 ml z tworzywa kl A ,skala wytł. przezroczyste PMP, h = 199 mm, z wylewem, stopka sześciokątna z certyfikatem serii Producent:	szt.	5				
42	Cylindry miarowe ze szkła, stopka sześciokątna, poj. 25 ml kl A , h = 170 mm, z wylewem, typ wysoki, ze skalą brązową nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w szkło z certyfikatem serii Producent:	szt.	5				
43	Cylindry miarowe ze szkła, stopka sześciokątna, poj. 50 ml kl A, h = 200 mm, z wylewem, typ wysoki, ze skalą brązową nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w szkło z certyfikatem serii Producent:	szt.	15				

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

44	Cylindry miarowe ze szkła, stopka sześciokątna, poj. 100 ml kl A, h = 260 mm, z wylewem, typ wysoki, ze skalą brązową nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w szkło z certyfikatem serii Producent:.....	szt.	50				
45	Cylindry miarowe ze szkła, stopka sześciokątna, poj.250 ml kl A, h = 335 mm, z wylewem, typ wysoki, ze skalą brązową nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w szkło z certyfikatem serii Producent:.....	szt.	10				
46	Cylindry miarowe ze szkła, stopka sześciokątna, poj.500 ml kl A, h = 390 mm, z wylewem, typ wysoki, ze skalą brązową nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w szkło z certyfikatem serii Producent:.....	szt.	2				
47	Cylindry miarowe ze szkła, poj. 50 ml kl A, z korkiem z tworzywa, stopka z tworzywa zdejmowana z certyfikatem serii Producent:	szt.	30				
48	Cylindry miarowe ze szkła, poj. 25 ml kl A , z korkiem z tworzywa, stopka sześciokątna z certyfikatem serii Producent:.....	szt.	20				
49	Kolby stożkowe Erlenmayera z wąską szyjką i szlifem 29/32 poj. 250 ml, 85/140, szkło borokrzemowe lub szkło sodowowapniowe z wysoką odpornością na sole , kwasy i związki organiczne Producent:.....	szt.	30				
50	Kolby stożkowe Erlenmayera z szeroką szyjką bez szlifu poj. 300 ml, 87/50/156, szkło borokrzemowe lub szkło sodowowapniowe z wysoką odpornością na sole , kwasy i związki organiczne Producent:.....	szt.	30				
51	Kolby miarowe ze szkła z korkiem PP ze skalą brązową nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w szkło, poj. 50 ml, kl A, szlif 12/21, błąd wskazania ± 0.100 z certyfikatem serii Producent:	szt.	35				

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

52	Kolby miarowe ze szkła z korkiem PP ze skalą brązową nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w szkło, poj.100 ml kl A, szlif 14/23, błąd wskazania ± 0.100 , szkło borokrzemowe lub szkło sodowowapniowe z wysoką odpornością na sole, kwasy i związki organiczne z certyfikatem serii Producent:.....	szt.	30				
53	Kolby miarowe z PMP z korkiem PP ze skalą brązową, poj.250 ml, kl A, szlif 14/23, błąd wskazania ± 0.150 Producent:.....	szt.	10				
54	Kolby miarowe ze szkła z korkiem PP ze skalą brązową nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w szkło, poj.500 ml, kl A, szlif 19/26, błąd wskazania ± 0.250 , szkło borokrzemowe lub szkło sodowowapniowe z wysoką odpornością na sole, kwasy i związki organiczne z certyfikatem serii Producent:.....	szt.	20				
55	Kolby miarowe z PMP z korkiem PP ze skalą brązową, poj.1000 ml, kl A, szlif 19/26, błąd wskazania ± 0.400 z certyfikatem serii Producent:.....	szt.	2				
56	Kolby miarowe z przezroczystego PMP z korkiem PP 10/19, poj. 50 ml, kl A, błąd wskazania ± 0.06 z certyfikatem serii Producent:.....	szt.	5				
57	Kolby miarowe z przezroczystego PMP z korkiem PP 14/23, poj. 100 ml kl A, błąd wskazania ± 0.10 z certyfikatem serii Producent:.....	szt.	5				
58	Kolby płaskodenne poj.100 ml, szlif 29/32, szkło borokrzemowe Producent:.....	szt.	30				
59	Kolba płaskodenna, szkło, poj. 1000 ml, szlif 29/32, krótka szyja, h =200, fi zew = 131 mm, szkło borokrzemowe Producent:.....	szt.	30				

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

60.	Parownice ze szkła kwarcowego z płaskim dnem i wylewem, odporne na wysoką temperaturę poj. 90 ml, fi górne 80 mm, h = 45 mm Producent:.....	szt.	70				
61.	Parownice ze szkła kwarcowego z płaskim dnem i wylewem, odporne na wysoką temperaturę, poj. 170 ml, fi górne 95 mm, h = 55 mm Producent:	szt.	30				
62.	Chłodnica Allihna dolny szlif 29/32, dł. 400 mm, il. baniek: 8 Producent:.....	szt.	4				
63.	Biureta z kranikiem prostym szklano – teflonowym, z paskiem Schellbacha, kl AS, szkło borokrzemowe bezp. lub szkło sodowowapniowe bezp. z wysoką odpornością na sole , kwasy i związki organiczne, poj.25 ml, podziałka 0.1 ml, błąd wskazań ± 0.03 , skalowana na wypływ z certyfikatem serii Producent:.....	szt.	3				
64.	Biureta z kranikiem prostym szklano – teflonowym, z paskiem Schellbacha, kl AS, szkło borokrzemowe bezp. lub szkło sodowowapniowe bezp. z wysoką odpornością na sole , kwasy i związki organiczne, poj.10 ml, podziałka 0.02 ml, błąd wskazań ± 0.02 , skalowana na wypływ z certyfikatem serii Producent:.....	szt.	2				
65.	Biureta Pelleta o poj. 25 mm z paskiem Schellbacha z kranikiem przepustowym szklanym kl A, szkło brązowe z certyfikatem serii Producent:	szt.	2				
66.	Aparat do destylacji fenoli: chłodnica Allihna z odbieralnikiem, kolba poj. 1000ml, szlif 29/32. dł. płaszcz 230 – 280, dł. cała 340 – 450, 4 – 5 kulek Producent:.....	szt.	13				
67.	Butelki szklane o poj. 500 ml, z niebieską zakrętką z PP i gwintem GL- 45 Producent:.....	szt.	25				

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

68.	Lejki szklane fi 130 mm, dł. nóżki 130 mm Producent:.....	szt.	3				
69.	Rurki Durhama 25 mm x 5 mm Producent:	szt.	100				
70.	Rurki Durhama 40 mm x 5 mm Producent:	szt.	200				
71.	Szalki Petriego, szkło borokrzemowe lub szkło sodowowapniowe z wysoką odpornością na sole, kwasy i związki organiczne, fi 60 mm – podstawy, h =15 mm Producent:.....	szt.	100				
72.	Szalki Petriego, szkło borokrzemowe lub szkło sodowowapniowe z wysoką odpornością na sole, kwasy i związki organiczne, fi 90 mm - podstawy, h =15 mm Producent:.....	szt.	100				
73.	Szalki Petriego, szkło borokrzemowe lub szkło sodowowapniowe z wysoką odpornością na sole, kwasy i związki organiczne, fi 50 mm – podstawy, h =15 mm Producent:.....	szt.	100				
74.	Probówki bakteriologiczne z prostym brzegiem, h=160 mm, fi wew. 14 mm, fi zew 15 mm Producent:	szt.	100				
75.	Kuwety fotometryczne szklane – droga optyczna 50 mm, bez pokrywki, h = 45mm, Producent:.....	szt.	5				
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO							

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 3 za maksymalną cenę brutto:.....PLN

słownie:

w tym: netto PLN + ...% stawki VAT (tj.....zł) =.....PLN brutto

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”

będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

.....
składamy niniejszą ofertę:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

l.p.	Część IV - przedmiot zamówienia w podziale na części	j.m	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Pompka ręczna OTAL z PP z uniwersalnym korkiem fi 30 – 70 mm, o wydaj. min 26 l/min, fi rurki 18 mm dł.70 cm Producent.....	szt.	4				
2	Kanistry z tworzywa poj. 3000 ml z ręczką, z zakrętką Producent.....	szt.	2				
3	Pompka wodna próżniowa z tworzywa, uszczelki z PP, śr. króćca bocznego 6-9 mm, temp. pracy 80C, złączka redukcyjna, złączka do węża śr. wew. 11-13 mm, adaptery do różnych przyłączy do sieci wodociągowej Producent.....	szt.	3				
4	Kuweta fotograficzna z PCV , odporna na temp. kwasy i zasady wym. dna 42x51 cm ± 3 cm, wys. 60 mm bez bruzd w dnie Producent.....	szt.	2				
5	Kuwety laboratoryjne z tworzywa PVC, biała, wymiar 430 x 330 mm ± 30 mm, h = 90 mm Producent.....	szt.	2				

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

6	Kuwety laboratoryjne z tworzywa PVC, biała, wymiar 350 x 250 mm ± 30 mm, h = 40 mm Producent.....	szt.	3				
7	Kuwety laboratoryjne z tworzywa PVC, biała, wymiar 428 x 288 mm ± 30 mm, h = 17 mm Producent.....	szt.	2				
8	Taca na instrumenty z tworzywa MF biała, płaska 428x288 mm ± 30 mm, h = 17 mm Producent.....	szt.	10				
9	Kuweta laboratoryjna, wymiar całkowity: 250x310 (± 30 mm) x 65 mm o poj. 1.5 l, wymiar podstawy 180x240 ± 30 mm Producent.....	szt.	2				
10	Kuweta laboratoryjna, wymiar całkowity: 310x370 (±30 mm) x 75 mm o poj. 3l, wymiar podstawy 240x300 ±30 mm Producent.....	szt.	4				
11	Kuweta laboratoryjna, wymiar całkowity: 420x520 (± 30 mm) x 120 mm o poj. 10l, wymiar podst. 300x400 ±30 mm Producent.....	szt.	2				
12	Mieszadło magnetyczne teflonowe dł 20 mm, fi 7 mm, cylindryczne Producent.....	szt.	5				
13	Mieszadło magnetyczne teflonowe z pierścieniem środkowym, fi 7 mm, dł 50mm Producent.....	szt.	20				
14	Statyw metalowy ze stali 18/8 polerowanej elektrolitycznie do probówek – druciany o wym. 210x210x70 fi 16, ilość miejsc 2x10 Producent.....	szt.	3				
15	Węże lab. z PCV przezroczyste fi wew 7 mm, dł w rolce 10m (op. - rolka 10 m) Producent.....	op.	3				
16	Elektrody do pH-metrów z elektrolitem żelowym – zakres 0 – 14 pH, żel, trzon z norylu, dł. kabla 1m, wtyczka elektrody BNC Producent.....	szt.	4				
17	Worki z tworzywa sztucznego autoklawowalne 30 x 50 cm (op. 10 szt.) Producent.....	op.	20				
18	Trójnogi do palników żeliw.nikl. fi 150 mm, wys. 240 mm Producent.....	szt.	3				

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

19	Łapy na biurety: z łącznikiem i z rolkami z PVC rozpiętość 0 – 13 do 16 mm, typ 2 (podwójne w odstępach 100 mm) biały materiał ALUMINIUM Producent.....	szt.	4				
20	Statyw do biuret DUPLEX pręt ze stali 18/8 polerowanej 600x10 mm, dwie podstawki (czarna i biała z żeliwa lakierowanego) na kolby fi 105 mm, waga 2 kg Producent.....	szt.	4				
21	Łyżka na chemikalia obustr., 150/5, 23x17, 30x22, mater. 18/8 – stal Producent.....	szt.	5				
22	uchwyt do skalpela 150 mm, st. nierdz. Producent.....	szt.	3				
23	Ostrze do skalpela typ 7 Producent.....	szt.	5				
24	Ostrze do skalpela typ 3 Producent.....	szt.	5				
25	Podnośnik ze stali nierdz. 18/8 z pokrętką do ustawiania wys. Wymiary podstawy 200 - 220 x 200-220, h min 60 ± 10%, max 275 mm ± 10% Producent.....	szt.	3				
26	Gruszki do pipet Producent.....	szt.	5				
27	Wiadra z PP 12 litrowe z wylewem Producent.....	szt.	3				
28	Gumki recepturki (op. 100 szt.) Producent.....	op.	2				
29	Korki – nasadki do naczyń o śr. 12/13 mm, możliwość sterylizacji, srebrne Producent.....	op.	1				
30	Korki – nasadki do naczyń o śr. 16/17 mm, możliwość sterylizacji, czerwone Producent.....	op.	1				
31	Korki – nasadki do naczyń o śr. 17/18 mm, możliwość sterylizacji, niebieskie Producent.....	op.	1				
32	Korki – nasadki do naczyń o śr. 19/20 mm, możliwość sterylizacji, srebrne Producent.....	op.	1				
33	Mikroszpatułka obustronna 100/30/2 Producent.....	szt.	2				
34	Korki na szlif z tworzywa PP 45/40 Producent.....	szt.	6				
35	Korki szklany wydrążony ze szlifem 29/32 Producent.....	szt.	10				

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

36	Skalpel ze stali nierdzewnej dł. 150 mm Producent.....	szt.	1				
37	Naklejki samoprzylepne do oznaczania prób, czerwone z nadrukiem, rozm. 90 -100 x 90 – 100 mm, (6 x rolka 500 szt.) wraz z owijką Producent.....	zest	1				
38	Penseta do filtrów membranowych ze stali szlachetnej 18/8, 1 kl jakości, szer końcówki 12 mm, dł 125 mm Producent.....	szt.	2				
39	Filtry membranowe w polipropylenowej obudowie CHROMAFIL - filtr politetrafluoroetylen PTFE – rodzaj 0-20/25, śr. porów 0.20 um, śr. filtra 25 mm, kolor żółty/bezbarwny (op. 100 szt.) Producent.....	op.	3				
40	Filtry membranowe w polipropylenowej obudowie CHROMAFIL - filtr politetrafluoroetylen PTFE – rodzaj 0-45/25, śr. porów 0.45 um, śr. filtra 25 mm, kolor bezbarwny/bezbarwny (op. 100 szt.) Producent.....	op.	3				
41	Końcówki do pipet autoklawowalne: 0,1 ul - 2,5 ul (1000 szt.); 1 ml - 10 ml (1000 szt.) Producent.....	zest	1				
42	Pojemnik autoklawowalny do sterylizacji końcówek do pipet z taśmą dla: 0,1 ul - 2,5 ul (1 szt.); 1 ml - 10 ml (1 szt.) Producent.....	zest	1				
43	Szpatułka obustronna dł. 130 mm, szer. 3 mm Producent.....	szt.	2				
44	Łyżka dł 130, szer 4 mm ,stal typ 1 Producent.....	szt.	2				
45	Łyżka dł 130, szer 9 mm, stal typ 2 Producent.....	szt.	2				
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO							

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 4 za maksymalną cenę brutto:.....PLN

słownie:

w tym: netto PLN + ...% stawki VAT (tj.....zł) =.....PLN brutto

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”

będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

.....

składamy niniejszą ofertę:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

l.p.	Część V - przedmiot zamówienia w podziale na części	j.m	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Wapnia chlorek 0,05 mol/l Producent.....	szt.	4				
2	Kwas solny 0,1 n Producent.....	szt.	50				
3	Sodu wodorotlenek 0,1 n Producent.....	szt.	20				
4	Tiosiarczan sodowy 0,1 n Producent.....	szt.	3				
5	Kwas siarkowy 0,1 n Producent.....	szt.	12				
6	Wzorce pH 4,01 z cert. zgod. z materiałem odniesienia Producent.....	szt.	12				
7	Wzorce pH 6,86 z cert. zgod. z materiałem odniesienia Producent.....	szt.	12				
8	Wzorce pH 7,00 z cert. zgod. z materiałem odniesienia Producent.....	szt.	12				
9	Wzorce pH 10,01 z cert. zgod. z materiałem odniesienia Producent.....	szt.	12				

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

10	Wzorce pH 9,18 z cert. zgod. z materiałem odniesienia Producent.....	szt.	12				
11	Wskaźniki Cl ₂ 1,5–15 mg/m ³ (op. 10 szt.) Producent.....	op.	1				
12	Wskaźnik CO ₂ 1,5 – 15 mg/m ³ (op. 10 szt.) Producent:	op.	1				
13	Wskaźnik NH ₄ 10 – 100 mg/m ³ (op. 10 szt.) Producent.....	op.	1				
14	Standardy konduktometryczne wraz z cert. zgod. z materiałem odniesienia: a. 84 μS/cm (op. 1 l), b. 1413 μS/cm (op. 1 l), c. 3900 μS/cm (op. 1 l) Producent.....	zest	1				
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO							

5. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 5 za maksymalną cenę brutto:.....PLN
słownie:
w tym: netto PLN + ...% stawki VAT (tj.....zł) =.....PLN brutto

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”

będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

.....

składamy niniejszą ofertę:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

l.p.	Część VI - przedmiot zamówienia w podziale na części	j.m	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Bibuła filtracyjna jakościowa średnia 450x450 o grubości 0,20 mm (op. 500 ark.) Producent.....	op.	5				
2	Sączki jakościowe średnie fi 150 mm bezpopiołowa bibuła filtracyjna, MN 615/616 lub równoważne, (op. 100 szt.) Producent.....	op.	15				
3	Sączki membranowe (0,45 µm) z mieszaniny estrów celulozy, sterylne, kratkowane, śr. 47 mm (op. 100 szt.) Producent.....	op.	3				
4	Sączki bakteriologiczne 0,45 µm z mieszaniny estrów celulozy, śr. 47 mm, całkowicie sterylne, kratkowane w taśmie, marki Schleicher & Schuell lub Whatman (op. 4x100 szt.) Producent.....	op.	18				
5	Sączki bakteriologiczne z mieszaniny estrów celulozy, całkowicie sterylne, kratkowane, śr. 47 mm, (0,20 µm) w taśmie, marki Schleicher & Schuell lub Whatman (op. 4x100 szt.) Producent.....	op.	6				

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

6	Sączki z włókna szklanego bromokrzemowego GF/A nie zawierające lepiszczy, stopień odsączania 99,9%, waga 50 – 55 g/m ² , śr. 47 mm, grubość 260 um (op. 100 szt.) Producent: WHATMAN	op.	40				
7	Gilzy celulozowe z włókna bawełnianego, ekstrakcyjne 1x25x100 mm (op. 25 szt.) Producent.....	op.	80				
8	Sączki ilościowe twarde MN 640DD lub równoważne, fi 150 mm, prędkość filtracji 85 s, szybkość filtracji: powolna, grubość 0,15 mm (op. 100 szt.) Producent.....	op.	15				
9	Sączki ilościowe średnie fi 150 mm, MN640 lub równoważne (op. 100 szt.) Producent.....	op.	12				
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO							

6. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 6 za maksymalną cenę brutto:.....PLN
słownie:
w tym: netto PLN + ...% stawki VAT (tj.....zł) =.....PLN brutto

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”

będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

.....
składamy niniejszą ofertę:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

l.p.	Część VII - przedmiot zamówienia w podziale na części	j.m	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Agar z żółcią, eskulina i azydkiem . skład; pepton trypton –17.0 g, pepton z mięsa-3,0g, ekstrakt drożdżowy-5,0g, żółć wołowa-10,0g, chlorek sodu-5,0g, eskulina-1,0g, cytrynian amonu i żelaza(III)-0,5g, azydek sodu NaN3-0,15g, agar-14,5g (op. 500g) Producent.....	op.	1				
2	Agar wybiórczy dla Enterococcus sp.do metody FM wg Słanetza i Bartley'a bez TTC: skład: pepton i kazeiny-15g, pepton z mąki sojowej-5,0g, ekstrakt drożdżowy-5,0g, D(+) glukoza-2,0g, wodorofosforan dipotasowy-4,0g, azydek sodowy-0,4g, agar-10,0g (op. 500g) Producent.....	op.	3				
3	Agar z ekstraktem drożdżowym wg ISO 6222 skład: pepton z kazeiny(trypton) - 6,0g, wyciąg drożdżowy-3,0g, agar-15,0g, (op. 500g) Producent.....	op.	10				
4	Bactident Indol-odczynnik do wykrywania indolu z wkraplaczem-30ml Producent.....	op.	1				

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

5	Agar z laktozą, TTC, tergitolem 7 (bez TTC); skład: laktoza-20,0g, pepton-10,0g, ekstrakt drożdżowy, ekstrakt mięsny-5,0g, błękit bromotymolowy-0,05g, tergitol 7,0,1g, agar-12,7g (op. 500g) Producent:.....	op.	7				
6	Bactident Oxidase-odczynnik (paski) do wykrywania oksydazy cytochromowej w bakterii (op. 50 testów) Producent:.....	op.	4				
7	Podłoże Eijkman (LPB) Skład: pepton-10,0g, laktoza-5,0g, chlorek sodu-5,0g, purpura bromokrezolowa-0,01g (op. 500g) Producent:.....	op.	3				
8	Podłoże ze wskaźnikiem Andrade; skład: pepton-10,0g, chlorek sodu-5,0, węglan sodu-0,074g, azotan potasu-0,1g, laktoza-5,0g, fuksyna kwasna-0,02g (op. 100g) Producent:.....	op.	5				
9	Podłoże z żółcią i zielenią brylantową; skład: żółć wołowa-20,0g, pepton-10,0g, laktoza-10,0g, zieleń brylantowa-0,0133g (op. 100g) Producent:.....	op.	3				
10	Pepton Proteose (op. 250g) Producent:.....	op.	2				
11	Anaerocult A – odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej i inkubacji w 2,5l pojemniku, 10 wkładów Producent:.....	op	10				
12	Płyn Lugola - do barwienia Grama (op. 1 l) Producent:.....	litr	1				
13	Taśma do kontroli sterylizacji parowej dł 50 m, szer.19 mm (op. - 1 taśma) Producent:.....	op.	1				
14	ProTest G.stearothermophilus log 5 do sterylizacji parą wodną, inkubacja 24 h (55C) (op. 100) Producent:.....	op.	1				
15	Sterikon plus Bioindicator (op = 15 ampułek po 2 ml) Producent:.....	op.	12				

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

16	Rurki kontrolne Browna do kontroli ster. suchej 160C /120 min (op. 100 szt.) Producent:.....	op.	4				
17	Agar m – CP (Membrane Clostridium Perfringens) (op. 500g) Producent:.....	op.	3				
18	Membrane Clostridium Perfringens (m –CP) Selective Supplement - Fiolki SR 0188 skład; polimyksyna B – 12.5 mg i D-cykloseryna 200 mg (op. 10 fiolek) Producent:.....	op.	4				
19	Sól tetrasodowa dwufosforanu fenoloftaleiny (op. 1g) Producent:.....	op.	1				
20	Indoksył β-D-glukozy (op. 1g) Producent:.....	op.	1				
21	Bulion z azydkiem i glukozą wg Rother skład: pepton mięsny-10,0g, pepton kazeinowy-10,0g, D-glukoza 5,0g, chlorek sodu-5,0g, wodorofosforan dipotasu-2,7g, diwodorofosforan potasu-2,7g, azydek sodu-0,2g (op. 500g) Producent:.....	op.	1				
22	Zieleń brylantowa (op. 50g) Producent:.....	op.	1				
23	Fuksyna zasadowa (op. 50g) Producent:.....	op.	2				
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO							

7. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 7 za maksymalną cenę brutto:.....PLN
słownie:
w tym: netto PLN + ...% stawki VAT (tj.....zł) =.....PLN brutto

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”

będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

.....
składamy niniejszą ofertę:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

l.p.	Część VIII - przedmiot zamówienia w podziale na części	j.m	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Łaźnie wodne 8-miejscowe, zakres pracy temp. 5 ^o – 99,9 ^o C, rozdzielczość wskazań 0.1C, stabilizacja temp. -0.1C+0.5C, rozkład temp. ± 0.3C, stal nierdzewna, kwasoodporna, nierdzewna, kwasoodporna grzałka, elektroniczny układ sterujący, wyświetlacz LED o rozdzielczości 0.1C, alarm zbyt niskiego poziomu cieczy z blokadą grzania, ruchoma pokrywa robocza, perforowana osłona grzałek – ruchoma, zawór spustowy cieczy, krążki z tarnamidu, poj. 15 –16 l, waga 10 – 12 kg Producent.....	szt.	5				
2	Biureta 50 ml – przepływowa cyfrowa marki BRAND model Digital III lub TITRETTE, dokł. 100 ul , najmniejsza podziałka 0,01 ml, dokładność 100 ul, współczynnik wariacji CV=50 ul, duży wyś. cyfrowy, butelka 1000 ml z ciemnego szkła z gwintem GL 45 w zestawie	kpl.	5				
3	Dozowniki automatyczne marki BRAND model Dispensette III, regulacja cyfrowa, łatwa kalibracja, z nastawialną objętością ,obj. 0.2 – 2 ml, najmniejsza podziałka 0,01 ml, dokł. 10ul, współczynnik wariacji CV=2 ul, z zaworem odpowietrzenia	szt	1				

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

4	Dozowniki 1-10 ml /butelkowe/ podziałka 0,05 ml do mediów agresywnych, gęstych i lepkich z butlą 1 litr z zaworem odpowietrzającym, regulacja cyfrowa, dokładność 50 ul, współczynnik wariacji CV=10 ul Producent.....	szt	2				
5	Dozownik marki ROTH typu Optifix z gwintem GL 32 typ Basic z tłokiem ze szkła w osłonie teflonowej o zak. dozowania 1 – 5 ml	szt	1				
6	Dozownik marki ROTH typu Optifix z gwintem GL 32 typ Basic z tłokiem ze szkła w osłonie teflonowej o zak. dozowania 2 – 10 ml	szt	2				
7	Dozownik butelkowy marki VITLAB model Simplex nastawny o zakresie 2,5 - 25 ml, podziałka 0.50 ml, gwint GL 45, zestaw z 3 adapterami z tworzywa PP i rurką napełniającą, klucz montażowy	szt	2				
8	Mieszadło magnetyczne z ogrzewaniem do 300 - 350 °C, il.obrotów 0...1600 obr/min ± 10%, fi płyty 135 mm, płyta grzejna stalowa pokryta odporną chemicznie, białą powłoką, klasa bezpieczeństwa IP 44 oraz wsk. regulacji cyfrowy Producent.....	szt	4				
9	pH metr marki ELMETRON model CP- 401 z elektrodą do pomiaru pH, zakres: od – 2.0 do 16.0 z czujnikiem temperatury (- 50 do 199.9 C) rozdzielczość dla pH 0.001, dla temp. 0.1, dokładność dla pH ± 0.001, zasilanie bateryjne i z zasilacza, kalibracja 1– 5punktowa wym. 149x82x22, waga 220 g, zakres kompensacji – 5 ⁰ C do 110 ⁰ C	szt	2				
10	Pipety automatyczne o zmiennej objętości m - line o pojemnościach: 0,1 ul - 2,5 ul (1 szt.); 1 ml - 10 ml (1 szt.) o następujących parametrach technicznych: blokada zmienności objętości za pomocą przycisku, automatyczny wyrzutnik filtrów zabezpieczających, pipeta autoklawowalna w całości, możliwość zabezpieczenia trzonu pipety wymiennym filtrem, kolorowe nakładki kodujące objętości Producent:	zest.	1				
11	Sonda tlenowa CELLOX 325 do tlenomierza marki WTW typu ProfiLine Oxi 197i	szt..	1				
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO							

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

8. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 8 za maksymalną cenę brutto:.....PLN
słownie:
w tym: netto PLN + ...% stawki VAT (tj.....zł) =.....PLN brutto

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”

będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

.....

składamy niniejszą ofertę:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

l.p.	Część IX - przedmiot zamówienia w podziale na części	j.m	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Przepływowa biureta cyfrowa marki JENCONS typu DIGITRATE 50 50 ml; płynne miareczkowanie w zakresie od 10 ul do 999,9 ml; pełny obrót pokrętła odmierza 5 ml; błąd 0,2%; odporność chemiczna w szerokim zakresie cieczy; w wyposażeniu bursztynowa butla z boczną szyjką do uzupełniania cieczy o pojemności 1,4 l	kpl	1				
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO							

9. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 9 za maksymalną cenę brutto:.....PLN
słownie:
w tym: netto PLN + ...% stawki VAT (tj.....zł) =.....PLN brutto

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”

będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

.....

składamy niniejszą ofertę:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

l.p.	Część X - przedmiot zamówienia w podziale na części	j.m	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Mikroskop biologiczny odwrócony wyspecyfikowany na str nr 53 niniejszego formularza Producent: Nazwa handlowa:	kpl	1				
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO							

10. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 10 za maksymalną cenę brutto:.....PLN

słownie:

w tym: netto PLN + ...% stawki VAT (tj.....zł) =.....PLN brutto

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Rozwiązania techniczno materiałowe mikroskopu biologicznego odwróconego

Mikroskop biologiczny odwrócony o następujących parametrach technicznych:

- nasadka trójokularowa, kątowa (pochylona 30 - 45 stopni) z regulacją rozstawu okularów oraz regulacją dioptryjną do kompensacji asymetrii wzroku obserwatora,
- trzeci okular przystosowany do instalacji kamery CCD,
- okular szerokokątny WF 10x,
- miska rewolwerowa czterogniazdowa,
- obiektywy Plan Achromatyczne korygowane na grubość szkiełka 1,2 mm o powiększeniach PL10x, PL20x lub PL25x, PL40x,
- kondensor przesuwany,
- przesłona irysowa i uchwyt na filtry,
- stolik mechaniczny krzyżowy o wym 140 - 200 mm x 200 - 260 mm,
- dokładność regulacji ruchu mikro 0,002 mm w całym zakresie regulacji ruchu makro,
- system oświetlenia Koehlera, halogenowy z regulacją jasności,
- zestaw z aparatem cyfrowym lub kamerą cyfrową wraz z oprogramowaniem do sterowania pracą aparatu lub kamery z poziomu komputera (oprogramowanie do naukowej analizy obrazu)
- komory planktonowe – 5ml, 10 ml, 20 ml.
- z urządzeniem kontrastu fazowego
- Zasilanie 220 – 240V, 50 Hz

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”

będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

.....
składamy niniejszą ofertę:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

l.p.	Część XI - przedmiot zamówienia w podziale na części	j.m	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Wyparka próżniowa z wyposażeniem wyspecyfikowana na str nr 55 niniejszego formularza Producent: Nazwa handlowa:	kpl	1				
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO							

11. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 11 za maksymalną cenę brutto:.....PLN

słownie:

w tym: netto PLN + ...% stawki VAT (tj.....zł) =.....PLN brutto

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Rozwiązania techniczno materiałowe wyparki próżniowej z wyposażeniem

Wyparka próżniowa - przyrząd do podciśnieniowego odparowywania lotnych składników z mieszanin i roztworów wraz z wyposażeniem o następujących parametrach technicznych:

- zakres szybkości rotacji 20 – 270 obr/min
- cyfrowy wyświetlacz prędkości
- napęd – silnik bezszczotkowy, powolny start,
- zasilanie 220 - 230 V, 50-60 Hz
- ruchy prawo – lewo ustawiane w interwałach czasowych
- zakres regulacji kąta pochylenia szkła od 0 do 45 stopni
- łaźnia uniwersalna wodna i olejowa z wyświetlaczem ukazującym temperaturę zadaną i aktualną, zakres temp. od 20° do 180°-200°C, dokładność utrzymania temp. $\pm 1^{\circ}\text{C}$, dokładność nastawy temp. 1°C
- łaźnia przesuwna o 50 – 60 mm
- elektryczna winda podnosząca i opuszczająca z funkcją bezpiecznego zatrzymania; w przypadku nagłego braku zasilania tłok wyparki automatycznie unosi się w celu usunięcia kolby
- zestaw szkła dla danego typu wyparki,
- kolby odbieralnika i destylacyjne ze szlifem 1,0 dm³ każda
- chłodnica pionowa do wszystkich rodzajów destylacji ze szlifem NS 29/32
- regulacja wysokości – 140 mm
- powierzchnia chłodzenia chłodnicy 1200 cm²
- zawór próżniowy + butla Woulf'a ,
- pompa próżniowa chemoodporna do danego typu wyparki o wydajności min. 20 l/min (przy ciśnieniu atmosferycznym), próżnia < 8 mbar abs., nadciśnienie = 1 bar, waga: maks. 9.5 kg, pompa z głowicą z aluminium, membrana pokryta teflonem
- Wąż silikonowy ciśnieniowy, średnica 8/16 mm, gr. ścianki 4 mm.
- masa wyparki do 20 kg
- wymiary wyparki z chłodnicą maksymalnie 680x410x990 mm(dł x szer x gł)

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”

będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

.....

składamy niniejszą ofertę:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

l.p.	Część XII - przedmiot zamówienia w podziale na części	j.m	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Aparat wielofunkcyjny - pH-metr, jonometr, konduktometr wraz z wyposażeniem wyspecyfikowany na str nr 57 niniejszego formularza Producent: Nazwa handlowa:	kpl	2				
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO							

12. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 12 za maksymalną cenę brutto:.....PLN

słownie:

w tym: netto PLN + ...% stawki VAT (tj.....zł) =.....PLN brutto

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Rozwiązania techniczno materiałowe aparatu wielofunkcyjnego

Aparat wielofunkcyjny - pH/ION/Cond (pH-metr, jonometr, konduktometr, tlen rozpuszczony w wodzie i pomiar temperatury) do pracy w laboratorium o następujących parametrach technicznych:

- Możliwość jednoczesnego obserwowania wszystkich funkcji pomiarowych
- Aparat z wejściami do elektrod pH, jonoselektywnych i konduktometrycznych z wtykiem BNC oraz na czujnik tlenowy i czujnik temperatury
- możliwość współpracy ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi, dobranymi w zależności od mierzonego jonu, wyposażonymi w złącze BNC
- kalibracja 8 punktowa automatyczna, półautomatyczna i ręczna elektrod pH i jonoselektywnych,
- automatyczna i ręczna kompensacja temperatury
- możliwość zmiany jednostki i automatycznym przeliczeniem wyniku,
- w jonometrze automatyczne wprowadzanie ciężaru cząsteczkowego badanego jonu pozwala na określeniu wyników w mol/l, mg/l bez konieczności przeliczeń,
- pomiar przewodności wód redestylowanych i mocno zasolonych,
- wykorzystanie pomiaru zasolenia do automat. przeliczenia jego wpływu na wynik pomiaru tlenu,
- zakresy: pH - 3...+ 20; mV $\pm$ 2000; stężenie jonów; 0.02 mg/l200 g/l; temp. - 5.0+ 105C; przewodność 0.0 uS/cm....2000mS/cm; tlen 200%, 20 mg/l
- dokładność: pH $\pm$ 0.001; mV $\pm$ 0.1 mV; przewodność $\pm$ 0,1%; tlen – dokładność czujnika temp. $\pm$ 0.2C; Stała K od 0.1....9.999
- elektroda kombinowana Sen/'Tix z czujnikiem temperatury do pomiaru pH do ścieków i wody; zakres 0....14 pH, diafragma- włókno, trzpień – noryl, elektrolit – żel, kabel – 1 m
- elektroda konduktometryczna szklana/ Pt z czujnikiem temperatury; elektroda platyna, trzpień szkło, stała naczynka K = 1 cm⁻¹, długość kabla 1-1.5 m
- elektroda kombinowana jonoselektywna do pomiaru stężenia fluorków, zakres stężenia od 0.02 mg/l
- sonda tlenowa do danego typu przyrządu
- czujnik temperaturowy do danego typu przyrządu

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”

będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

.....

składamy niniejszą ofertę:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

l.p.	Część XIII - przedmiot zamówienia w podziale na części	j.m	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Suszarka uniwersalna marki MEMMERT typu UFE - 500 wyspecyfikowany na str nr 59 niniejszego formularza	szt.	2				
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO							

13. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 13 za maksymalną cenę brutto:.....PLN

słownie:

w tym: netto PLN + ...% stawki VAT (tj.....zł) =.....PLN brutto

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Rozwiązania techniczno materiałowe suszarki uniwersalnej

Suszarka uniwersalna marki MEMMERT typu UFE - 500 o następujących parametrach technicznych:

- pojemność komory (użytkowa) 108 l,
- wymiary wewnętrzne 560x400x480 [mm] (SxGxH),
- wymiary urządzenia 710x550x760 [mm] (SxGxH),
- waga 50 kg,
- moc urządzenia 2000 W, napięcie zasilania 50/60 Hz, klasa zabezpieczenia 1 zg. z normą EN 61010, zapiespieczenie IP20 zg. z normą EN 60529
- maksymalna ilość półek – 5 szt,
- zakres temperatury pracy - temperatury żądanej; od 20C do 300C,
- dokładność ustawianej temperatury pracy: 0.5C,
- elektroniczny sterownik Fuzzy – PID z opcją opóźnionego włączenia, programowaną rampą z grzaniem i chłodzeniem, nastawa z czasem oczekiwania i funkcją powtarzania,
- wewnętrzna pamięć 1024 kB do zachowania aktualnej temperatury, temperatury nastawionej i wiadomości o błędach z określeniem czasu,
- wentylator z nastawą prędkości dla urządzeń z recyrkulacją (nastawa krokami, co 10%),
- ręcznie nastawialny zawór powietrza do recyrkulacji lub wpuszczenia świeżego powietrza,
- zintegrowany programator tygodniowy z funkcją grupowania (np. wszystkie dni robocze),
- alarm,
- cyfrowe zabezpieczenie temperatury (TWW Class 3.1),
- mechaniczne zabezpieczenie temperatury (TB Class 1),
- przekaźnik do wyłączenia grzania w przypadku niesprawności urządzenia,
- od temperatury zależna wentylacja panelu sterowania i drzwi,
- obudowa zewnętrzna i komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej, która charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, odpornością na korozję przeciw wielu chemikaliom,
- kalibracja urządzenia min. przy trzech poziomach temperatu,

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”

będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

.....
składamy niniejszą ofertę:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

l.p.	Część XIV - przedmiot zamówienia w podziale na części	j.m	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Spektrofotometr VIS wyspecyfikowany na str nr 61 niniejszego formularza Producent: Nazwa handlowa:	kpl.	1				
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO							

14. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 14 za maksymalną cenę brutto:.....PLN

słownie:

w tym: netto PLN + ...% stawki VAT (tj.....zł) =.....PLN brutto

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Rozwiązania techniczno materiałowe spektrofotometru VIS

Spektrofotometr VIS o następujących parametrach technicznych:

- zakres spektralny: od 310 - 320 nm do 1100 nm,
- źródło promieniowania: lampa halogenowa-wolframowa,
- szerokość spektralna wiązki: max 5 nm,
- dokładność ustawienia długości fali: ± 1 nm,
- odtwarzalność ustawienia fali: ± 1 nm,
- mikroprocesor - krzywe wzorcowe kalibracyjne, 100 - 150 krzywych wpisanych do pamięci oraz możliwość wprowadzenia własnych krzywych wzorcowych,
- odczyt: bezpośredni stężenia oraz możliwość dokonywania pomiaru absorpcji, % transmisji,
- drukarka zewnętrzna, która umożliwia wydruk kalibracji i wyników pomiaru,

.....
miejsce i data

.....
podpisy i pieczęcie