

**INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ:
„DOSTAWA PRZEPŁYWOMIERZY ELEKTROMAGNETYCZNYCH”**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych”.

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie zawiadamia na podstawie pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), że w dniach 16 i 18 października 2013r. wpłynęły do Zamawiającego pisma z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytania, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą:

„Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych”

Na przesłane pytania Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Czy wymagane jest wyjście przekątnikowe w wyjściach sygnałowych przepływomierzy?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania przepływomierza elektromagnetycznego bez wyjścia przekątnikowego w przetworniku.

Pytanie nr 2

Czy przepływomierze mają być wyposażone w 4 elektrody: dwie pomiarowe, detekcji pustego rurociągu i elektrodę uziemiającą?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że czujnik pomiarowy przepływomierza elektromagnetycznego ma być wyposażony i posiadać funkcje zgodne z opisem zamieszczonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 3

Zgodnie z rozporządzeniem ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007r w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli, dla wodomierzy (przepływomierzy) dla podanych w siwz średnic, czyli dla przepływów większych niż 500 m³/h, nie jest wymagane zatwierdzenie typu. Prosimy zatem o zajęcie stanowiska w stosunku do stawianego wymogu w siwz punkt 4.3.5.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis pkt. 4.3.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 4

Czy dopuszcza się zastosowanie przepływomierzy bez świadectwa legalizacji jeśli przepływomierz ma klasę dokładności 0,2% (potwierdzoną odpowiednim certyfikatem kalibracji) i jest kalibrowany na akredytowanym stanowisku kalibracyjnym ?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość złożenia oferty na przepływomierze elektromagnetyczne bez świadectwa legalizacji, jeśli przepływomierze te mają klasę dokładności 0,2% potwierdzoną odpowiednim certyfikatem kalibracji i są kalibrowane na akredytowanym stanowisku kalibracyjnym.

Pytanie nr 5

Czy dopuszcza się zmianę zapisu w umowie w § 3 na następujący:

„Powierzone zamówienie Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w terminie do 5 tygodni od daty podpisania umowy”.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy w § 3. Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie jest priorytetowe i doloży wszelkiej staranności, aby podpisać umowę z najkorzystniejszym Wykonawcą w miarę możliwości jak najszybciej.

Pytanie nr 6

Czy dopuszcza się zmianę zapisu w umowie w § 7 pkt. 2 na następujący:

„W przypadku wystąpienia wad dostarczonych przepływomierzy elektromagnetycznych Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy, bądź wymiany w terminie nie przekraczającym 15 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadzie, lub innym, uzasadnionym technicznie, uzgodnionym przez Strony na piśmie terminie, uwzględniając cykl produkcji nowego urządzenia”.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę treści umowy w § 7 pkt. 2.

W związku z powyższym ulega modyfikacji treść § 7 pkt. 2 na następującą:

„W przypadku wystąpienia wad dostarczonych przepływomierzy elektromagnetycznych Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy, bądź wymiany w terminie nie przekraczającym 15 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadzie, lub innym, uzasadnionym technicznie, uzgodnionym przez Strony na piśmie terminie, uwzględniając cykl produkcji nowego urządzenia”.

Pytanie nr 7

Czy dopuszcza się zmianę zapisu w umowie w § 9 pkt. 1 na następujący:

„W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3, lub terminu usunięcia wad, które ujawnią się w okresie rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 5% wartości umowy”.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy w § 9 pkt. 1.

Pytanie nr 8

Czy dopuszcza się zmianę zapisu w umowie w § 9 pkt. 3 na następujący:

„Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, ale maksymalnie do wysokości wartości umowy”.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy w § 9 pkt. 3.

Prosimy o uwzględnienie wyjaśnień i wprowadzonych zmian w sporządzanych ofertach. Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich stron postępowania.

Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowana treść umowy jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

Osoba upoważniona do kontaktu: p. Marta Ogrodowczyk – tel. 091 489 88 34.