

OGŁOSZENIE

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa spektrometru ASA, wysokociśnieniowego mineralizatora mikrofalowego i zmywarki do naczyń laboratoryjnych stosowanych w analizie śladowej”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie zawiadamia na podstawie art. 38 ust. 2, że w dniu 12 grudnia 2013r. wpłynęły do Zamawiającego pisma z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytania, dotyczące przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa spektrometru ASA, wysokociśnieniowego mineralizatora mikrofalowego i zmywarki do naczyń laboratoryjnych stosowanych w analizie śladowej”. Zamawiający udzielił stosownych odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o przesłanie formularzy i załączników do SIWZ w formacie edytowalnym, np. WORD (doc, docx).

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż nie udostępnia SIWZ, formularzy, ani załączników do SIWZ w formatach edytowalnych. Wspomniane wyżej dokumenty udostępnione są na stronie Zamawiającego jedynie w formacie PDF.

Pytanie nr 2

Dotyczy części nr 1 (spektrometr ASA) – Czy Zamawiający dopuści urządzenie z manualnym systemem otwierania i zamykania pieca grafitowego? Tak system zapewnia skuteczną ochronę.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza urządzeń z manualnym systemem otwierania i zamykania pieca grafitowego. W związku z powyższym nie dopuszcza się do zaoferowania innych produktów niż te spełniające zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami - p. Marek Kowalski - tel.: 91 489 88 13, fax. 091 489 88 19, lub Pan Jarosław Skobel - tel.: 91 489 88 18.

Z poważaniem