

**INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ:
„DOSTAWA PRZEPŁYWOMIERZA ULTRADŹWIĘKOWEGO
WRAZ Z ELEMENTAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI”**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Dostawa przepływomierza ultradźwiękowego wraz z elementami współpracującymi”.

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie zawiadamia na podstawie pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), że w dniu 4 sierpnia 2014r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą:

„Dostawa przepływomierza ultradźwiękowego wraz z elementami współpracującymi”

Na przesłane pytanie Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza do przetargu urządzenia innego dostawcy spełniające wszystkie wymagania techniczne zawarte w specyfikacji technicznej?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej posiada już zamontowany przepływomierz firmy NIVUS na sieci kanalizacyjnej. W związku z powyższym nie wyraża zgody na innego producenta z uwagi na dążenie do unifikacji naszych urządzeń pomiarowych.

Prosimy o uwzględnienie wyjaśnień i wprowadzonych zmian w sporządzanych ofertach. Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich stron postępowania.

Osoba upoważniona do kontaktu: p. Marta Ogrodowczyk – tel. 091 489 88 34.